

## An alle Stationen und Ambulanzen der Universitätsmedizin Essen

### Zentrallabor: Geräteumstellung in der Gerinnungsdiagnostik ab dem 30.09.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

da die Fa. Siemens den Support ihrer Atellica Coag 360 Gerinnungsautomaten einstellt, werden wir ab dem 30.09.2024 die Gerinnungsdiagnostik mit den Analysensystemen CN-6000 der Firma Sysmex durchführen. Die Gerinnungsreagenzien der Firma Siemens können aber weiterhin genutzt werden.

Wir haben Vergleichsmessungen zwischen dem bisherigen Siemens Atellica Coag 360 Analysensystem und dem neuen Sysmex CN-6000 Analysensystem durchgeführt. In der „Anlage-Methoden\_Geräteumstellung\_Gerinnungsdiagnostik\_30-09-2024“ sind die von der Umstellung betroffenen Parameter mit den jeweiligen Methodenvergleichen sowie Referenzbereichen aufgelistet.

Insgesamt konnte sowohl für die Global- als auch die Spezialgerinnungsparameter aufgrund der gleichbleibenden Siemens-Reagenzien eine gute Übereinstimmung der Wertelagen zwischen aktueller und zukünftiger Geräteplattform beobachtet werden.

Im Zuge der Geräteumstellung in der Gerinnungsdiagnostik kann es im Zeitraum vom 30.09. – 11.10.2024 zu Verzögerungen in der Probenbearbeitung auch in der Hämatologie, Klinischen Chemie und Immunologie kommen, da auch die Siemens Automationsstraße von den Umbaumaßnahmen betroffen ist. Ich bitte diese Verzögerungen zu entschuldigen und bedanke mich für Ihr Verständnis.

Für Fragen zu diesem Thema steht Ihnen der AvD des Zentrallabors unter Telefon 85 661 gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. M. Wichert  
Leiter Zentrallabor

Zentrallabor  
akkreditiert nach  
DIN EN ISO 15189



Leiter: Dr. med. M. Wichert

Tel. +49 (0) 201 723 5040

Fax +49 (0) 201 723 5057

[marc.wichert@uk-essen.de](mailto:marc.wichert@uk-essen.de)

Sekretariat:

Dorothee Hausmann

Tel. +49 (0) 201 723 2301

Fax +49 (0) 201 723 5052

Zentrallabor 1. OG, Zimmer 1.03

12. September 2024

Seite 1 von 1

Universitätsklinikum Essen  
Hufelandstraße 55  
45147 Essen

Tel. +49 (0) 201 723 0

Fax +49 (0) 201 723 46 94

[info@uk-essen.de](mailto:info@uk-essen.de)

[www.uk-essen.de](http://www.uk-essen.de)