

Parameter	Analysensystem	Änderung des Referenzintervalls bzw. Cut-off-Werts	Referenzintervall bzw. Cut-off- Wert Erwachsene
25-OH-Vitamin D	Atellica-IM	nein	7,4 - 44 ng/mL
alpha-1-Antitrypsin	Atellica-CH	nein	0,78 - 2 g/L
AFP	Atellica-IM	nein	< 10 ng/mL
Albumin	Atellica-CH	nein	3,2 - 4,8 g/dL
Amylase (Pankreas)	Atellica-CH	nein	13–53 U/L
Antistreptolysin	Atellica-CH	nein	< 194 IU/mL
AP	Atellica-CH	nein	m: 40 - 130 U/L w: 55 - 105 U/L
Apolipoprotein A1	Atellica-CH	nein	m: 79 - 169 mg/dL w: 76 - 214 mg/dL
Apolipoprotein B	Atellica-CH	nein	m: 46–174 mg/dL w: 46–142 mg/dL
Bilirubin (direkt)	Atellica-CH	nein	< 0,2 mg/dL
Bilirubin (gesamt)	Atellica-CH	nein	0,3 - 1,2 mg/dL
CA 125	Atellica-IM	nein	< 35 U/mL
CA 15-3	Atellica-IM	nein	< 32 U/mL
Calcium	Atellica-CH	nein	2,08 - 2,65 mmol/L
Carbamazepin	Atellica-CH	nein	4 - 12 µg/mL
CEA	Atellica-IM	nein	< 2,6 ng/mL
CHE	Atellica-CH	nein	7 - 19 U/mL
Chlorid	Atellica-CH	nein	98 - 107 mmol/l
Cholesterin (gesamt)	Atellica-CH	nein	nach Risiko
CK	Atellica-CH	nein	m: 46 - 171 U/L w: 34 - 145 U/L
Cortisol	Atellica-IM	nein	145 - 620 nmol/L (8 Uhr morgens)
CRP	Atellica-CH	nein	< 0,5 mg/dL
CRP-sensitiv	Atellica-CH	nein	< 0,3 mg/dL
Cystatin C	Atellica-CH	nein	0,64 - 1,23 mg/L
Digitoxin	Immolute	nein	10 - 30 ng/mL
Digoxin	Atellica-CH	nein	0,8 - 2 ng/mL
Eisen	Atellica-CH	nein	m: 60 - 175 µg/dL w: 45 - 170 µg/dL
Ferritin	Atellica-IM	nein	m: 22 - 322 µg/L w: 9 - 145 µg/L (18 - 50 J.)
FSH	Atellica-IM	nein	s. Referenzwertverzeichnis Zentrallabor
ft3	Atellica-IM	nein	3,5 - 6,5 pmol/L

Parameter	Analysensystem	Änderung des Referenzintervalls bzw. Cut-off-Werts	Referenzintervall bzw. Cut-off- Wert Erwachsene
ft4	Atellica-IM	nein	11,5 - 22,7 pmol/L
Gentamycin	Atellica-CH	nein	Spitzenspiegel: 4 - 10 µg/mL Talspiegel: 2 µg/mL
Gesamteiweiß	Atellica-CH	nein	5,7 - 8,2 g/dL
GGT	Atellica-CH	nein	m: < 60 U/L w: < 40 U/L
Glukose	Atellica-CH	nein	74 - 99 mg/dL
GOT (ASAT)	Atellica-CH	nein	m: < 50 U/L w: < 35 U/L
GPT (ALAT)	Atellica-CH	nein	m: < 50 U/L w: < 35 U/L
Harnsäure	Atellica-CH	nein	m: 3,5 - 7,2 mg/dL w: 2,6 - 6,0 mg/dL
Harnstoff-N	Atellica-CH	nein	6 - 19,8 mg/dL
HCG, β-HCG	Atellica-IM	nein	m: < 2 mIU/mL w: < 6 mIU/mL (< 54 J.)
HDL-Cholesterin	Atellica-CH	nein	> 40 mg/dL
IgE	Atellica-IM	nein	< 158 IU/mL
IL-6	Atellica-IM	nein	< 4,4 pg/mL
Kalium	Atellica-CH	ja	Serum: 3,5 - 5,1 mmol/l Plasma: 3,4 - 4,5 mmol/l
LDH	Atellica-CH	nein	120 - 247 U/L
LDL-Cholesterin	Atellica-CH	nein	nach Risiko
LH	Atellica-IM	nein	s. Referenzwertverzeichnis Zentrallabor
Lipase	Atellica-CH	nein	12 - 53 U/L
Magnesium	Atellica-CH	nein	0,66 - 1,07 mmol/L
Myoglobin	Atellica-IM	nein	< 110 µg/L
Natrium	Atellica-CH	nein	136 - 145 mol/L
Paracetamol	Atellica-CH	nein	10 - 20 µg/mL
PCT	Atellica-IM	nein	< 0,05 ng/mL
Phenobarbital	Atellica-CH	nein	15 - 40 µg/mL
Phenytoin	Atellica-CH	nein	10 - 20 µg/mL
Phosphat (anorg.)	Atellica-CH	nein	2,7 - 4,5 mg/dL
Progesteron	Atellica-IM	nein	s. Referenzwertverzeichnis Zentrallabor
Prolaktin	Atellica-IM	nein	s. Referenzwertverzeichnis Zentrallabor
Kreatinin (enzym.)	Atellica-CH	nein	m: 0,67 - 1,17 mg/dL w: 0,51 - 0,95 mg/dL

Parameter	Analysensystem	Änderung des Referenzintervalls bzw. Cut-off-Werts	Referenzintervall bzw. Cut-off-Wert Erwachsene
Kreatinin (Jaffe)	Atellica-CH	nein	m: 0,9 - 1,30 mg/dL w: 0,6 - 1,10 mg/dL
beta-2-Mikroglobulin	Atellica-CH	nein	1 - 2,4 mg/L
Testosteron	Atellica-IM	nein	s. Referenzwertverzeichnis Zentrallabor
Thyreoglobulin-Antikörper	Atellica-IM	nein	< 1,3 IU/mL
Theophyllin	Atellica-CH	nein	10–20 µg/mL
Tobramycin	Atellica-CH	nein	Spitzenspiegel: 4,0 - 10,0 µg/mL Talspiegel: 2 µg/mL
Transferrin	Atellica-CH	nein	m: 2,15 - 3,65 g/L w: 2,50 - 3,80 g/L
Triglyzeride	Atellica-CH	nein	< 200 mg/dL
hochsensitives Troponin I	Atellica-IM	nein	< 45 ng/L
TSH	Atellica-IM	nein	0,55 - 4,78 mU/L
Totales T3	Atellica-IM	nein	0,92 - 2,79 nmol/L
Totales T4	Atellica-IM	nein	58 - 141 nmol/L
Valproinsäure	Atellica-CH	nein	50-100 µg/mL
Vancomycin	Atellica-CH	nein	Talspiegel: 5 - 10 µg/mL
Vitamin B12	Atellica-IM	nein	211 - 911 pg/mL
alpha-2-Makroglobulin	BN II	nein	1,3 - 3,0 g/L
ACE	Atellica-CH	nein	13,3 - 63,9 U/L
beta-Hydroxybutyrat	Atellica-CH	nein	< 0,28 mmol/L
CK-MB (Aktivität)	Atellica-CH	n.d	< 25 U/L
Coeruloplasmin	Atellica-CH	nein	0,2 - 0,6 g/L
Gallensäuren	Atellica-CH	nein	< 6 µmol/L
GLDH	Atellica-CH	nein	m: < 7 U/L w: < 5 U/L
Hämopexin	BN II	nein	0,5 - 1,15 g/L
HBDH	Atellica-CH	nein	72 - 182 U/L
IgA	BN II	nein	0,4 - 3,5 g/L
IgG	BN II	nein	6,5 - 16 g/L
IgG1	BN II	nein	4.050 - 10.110 mg/L
IgG2	BN II	nein	1690 - 7860 mg/L
IgG3	BN II	nein	110 - 850 mg/L

Parameter	Analysensystem	Änderung des Referenzintervals bzw. Cut-off-Werts	Referenzintervall bzw. Cut-off- Wert Erwachsene
IgG4	BN II	nein	30 - 2010 mg/L
IgM	BN II	nein	m: 0,4 - 2,3 g/L w: 0,5 - 3 g/L
Lipoprotein (a)	Atellica-CH	nein	< 30 mg/dL
lösl. Transferrinrezeptor (sTFR)	BN II	nein	0,76 - 1,76 mg/L